



چک لیست ارزیابی
آزمایشگاه پزشکی برای غربالگری ناهنجاری های کروموزومی
جنین با استفاده از آزمایشهای بیوشیمیابی
(سندروم داون و تری زومی های ۱۳ و ۱۸)

بازنگری ۱۴۰۱

آزمایشگاه مرجع سلامت



دامنه کاربرد :

این چک لیست برای کلیه آزمایشگاه های متقاضی انجام آزمایش های غربالگری بیوشیمیایی سندرم داون و تری زومی های ۱۳ و ۱۸ و همچنین ارزیابانی که از این مراکز بازدید و عملکرد آنها را مورد ارزیابی قرار می دهند و به منظور ایجاد آشنایی با اصول تضمین کیفیت در آزمایشگاه های غربالگری تهیه شده است و الزامات مطرح شده در آن حاوی مطالبی است که به منظور اجرای صحیح فرآیندهای آزمایشگاهی و ایجاد نتایج قابل اعتماد لازم است.

توجه به این مهم ضروری است که این چک لیست به عنوان یک چک لیست مکمل و تخصصی تدوین شده و باید در کنار چک لیست جامع ارزیابی آزمایشگاه های پزشکی ابلاغ شده از سوی آزمایشگاه جامع سلامت، مورد استفاده قرار گیرد. به عبارت دیگر علاوه بر موارد قید شده در استانداردهای آزمایشگاه پزشکی برای غربالگری ناهنجاری های کروموزومی جنین با استفاده از آزمایشهای بیوشیمیایی (سندرم داون و تری زومی ۱۳ و ۱۸)، آزمایشگاه ملزم به رعایت کلیه مواردی که در استاندارد آزمایشگاه پزشکی - ویرایش ۱۳۹۷ آمده است، نیز می باشد.

نیازمند اقدام اصلاحی	نامنطبق	منطبق	محور مورد ارزیابی
۱- کارکنان و مسئولیت های مدیریتی			
			<p>آیا مسئول و کارشناسان مجری آزمایش‌های غربالگری در آزمایشگاه مشخص بوده و شرح وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات آنها تدوین شده است؟</p> <ul style="list-style-type: none"> • مسئول فنی یا یکی از کارشناسان مطلع و مسلط، به انتخاب وی باید به عنوان مسئول آزمایش‌های غربالگری مشخص شود. این فرد لازم است در جریان کلیه امور مربوط به این گروه از آزمایش‌ها بوده، آنها را مدیریت نماید و در هنگام ارزیابی، پاسخگوی کلیه مسائلی باشد که به این حوزه مربوط است. • لازم است برای آزمایش‌های غربالگری شرح شغل مشخصی که تعیین کننده مسئولیت‌ها، وظایف و اختیارات هر یک از کارشناسان مجری است تدوین شود و هر یک از کارکنان از شرح شغل خود مطلع باشند.
			<p>آیا مسئول و کارشناسان مجری این گروه از آزمایش‌ها، دوره‌های آموزشی لازم را جهت آشنایی با الزامات فنی مرتبط دیده اند؟</p> <ul style="list-style-type: none"> • مسئول و کارشناسان مجری این گروه از آزمایش‌ها در آزمایشگاه باید دوره‌های آموزشی تعیین شده در این زمینه را که توسط وزارت بهداشت و یا مراکز منتخب آن ارائه می‌شود، گذرانده و گواهی مربوطه را جهت احراز صلاحیت خود دریافت نمایند. بدیهی است مسئولیت ایجاد فرست‌های آموزشی حین خدمت و تائید صلاحیت کارکنان مرتبط با این آزمایش‌ها به عهده مسئول فنی می‌باشد.
			<p>آیا مسئول برنامه جهت پیشگیری از توقف ارائه خدمات غربالگری تمهیدات لازم را در نظر گرفته است؟</p> <ul style="list-style-type: none"> • این تمهیدات شامل تعیین نیروی جانشین برای افراد کلیدی، تامین تجهیزات پشتیبان، وجود UPS، برق اضطراری و سایر موارد با توجه به شرایط است.
۲- مرحله قبل از انجام آزمایش			

		<p>آیا اطلاعات لازم در مورد چگونگی تهیه و ارسال نمونه برای آزمایشگاه‌های ارسال کننده نمونه به طور کتبی تهیه و در اختیار آنها قرار داده شده است؟</p> <ul style="list-style-type: none"> ● این اطلاعات باید حداقل شامل موارد زیر باشد: <ul style="list-style-type: none"> - شرایط بیمار در هنگام نمونه‌گیری - نمونه مورد نیاز (نوع و مقدار نمونه) - چگونگی برچسب گذاری و انتقال نمونه - اطلاعاتی که باید همراه نمونه و به منظور شناسایی بهتر آن و تفسیر صحیح نتایج برای آزمایشگاه ارجاع فرستاده شود. - اطلاعات مربوط به زمان چرخه کاری برای آزمایش مورد درخواست و چگونگی گزارش دهی آزمایشگاه به ارسال کننده نمونه - اطلاعات در مورد عملکرد بالینی آزمایش (حساسیت و ویژگی روش‌ها، ارزش پیشگویانه آزمایش) 	۱-۱-۲
		<p>آیا در صورت فقدان اطلاعات لازم، آزمایشگاه سیاستی برای تکمیل اطلاعات دارد؟</p> <ul style="list-style-type: none"> ● این سیاست‌ها ممکن است در مواردی که وجود این اطلاعات برای تفسیر نتایج الزامی است، ولی امکان تکمیل آنها وجود ندارد (مانند عدم تعیین سن بارداری) به صورت رد نمونه در مرحله پذیرش باشد. یا در مواردی که اطلاعات به تفسیر بهتر نتایج کمک می‌کند به شکل اعلام فقدان اطلاعات در گزارش دهی باشد. 	۲-۱-۲
		جمع آوری و انتقال نمونه	۲-۲
		<p>آیا دستورالعمل نمونه گیری برای این گروه از آزمایش‌ها در آزمایشگاه‌های ارجاع دهنده و انجام دهنده وجود داشته و در اختیار کارکنان پذیرش قرار دارد؟</p> <ul style="list-style-type: none"> ● این دستورالعمل باید حاوی اطلاعات مربوط به نوع و مقدار نمونه، ظرف حامل نمونه و چگونگی کدگذاری و برچسب گذاری لوله‌ها باشد. 	۱-۲-۲
		<p>آیا روش انتقال نمونه‌ها نوشته شده و در اختیار افراد مرتبط قرار دارد؟</p> <ul style="list-style-type: none"> ● این دستورالعمل باید شامل چگونگی بسته بندی نمونه‌ها، نحوه انتقال و دمای قابل قبول در هنگام انتقال باشد. 	۲-۲-۲

		<ul style="list-style-type: none"> در مواردی که نمونه ها بین دو آزمایشگاه منتقل می گردد، این موارد باید در هنگام ممیزی پرسیله شوند و چگونگی انتقال به صورت تصادفی پیگیری و مشاهده گردد. 	
		<p>پردازش و نگهداری نمونه</p>	۳-۲
		<p>آیا معیارهای رد نمونه تعیین شده است؟</p> <p>ابن موارد شامل معیارهای بالینی (مانند سن بارداری خارج از محدوده زمانی تعیین شده برای انجام تست های غربالگری) یا معیارهای مربوط به نمونه (نمونه نامناسب یا ناکافی، وجود همولیز واضح) می باشد و عبارتند از :</p> <ul style="list-style-type: none"> مقدار CRL گزارش شده در برگه سونوگرافی در سه ماه اول بارداری، خارج از محدوده ۴۵ تا ۱۴۰ میلی متر باشد. مراجعةه مادر یا ارجاع نمونه، خارج از محدوده زمانی مشخص شده بارداری (۱۱ تا ۱۳ هفته و شش روز برای سه ماه اول و ۱۵ تا ۱۷ هفته و پنج روز برای سه ماه دوم بارداری) باشد. اطلاعات کلیدی در برگه سونوگرافی ناقص باشد. زنگیره سرد در هنگام انتقال نمونه‌ها رعایت نشده باشد (بالا رفتن دما به سرعت موجب نامعتبر شدن نتایج تست $Free \beta HCG$ می شود). سرم بیش از یک هفته در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد نگهداری شده باشد. حجم نمونه براساس آنچه در دستورالعمل نمونه گیری آمده است، کافی نباشد. نمونه همولیز واضح داشته باشد. نمونه لیپیمیک باشد. نمونه در لوله دارای خد انعقاد جمع‌آوری شده باشد. اطلاعات ثبت شده در سامانه با مشخصات برچسب و کد نمونه همخوانی نداشته باشد. یا مشخصات ثبت شده در سامانه کامل نباشد. مشخصات روی برچسب نمونه مخدوش باشد. ظرف حاوی نمونه شکسته شده یا نشستی داشته باشد. 	۱-۳-۲

			آیا زمان انتقال نمونه ها بر اساس دستورالعمل کشوری و با در نظر گرفتن الزامات مربوط به زمان چرخه کاری آزمایشگاه است؟	۲-۳-۲
۳- مرحله انجام آزمایش				
			روش مورد استفاده برای اندازه گیری آنالیت‌ها	۱-۳
			<p>آیا سیستم‌ها و کیت‌های مورد استفاده برای انجام این آزمایش‌ها از تائیدیه‌های معتبر عملکردی برخوردارند؟</p> <ul style="list-style-type: none"> آزمایشگاه منتخب باید برای انجام این آزمایش‌ها از کیت، نرم افزار و تجهیزات مورد تائید وزارت بهداشت و درمان ایران استفاده نمایند. (آزمایشگاه می‌بایست در هنگام تهیه این ملزومات از شرکت تمامیں کننده نسخه‌ای از تاییدیه‌های موجود را دریافت و در هنگام ممیزی آزمایشگاه در اختیار ارزیابان قرار دهد). <p>ضروری است آزمایش‌های سه ماهه اول بارداری توسط سیستم‌های بسته (دستگاه دارای کیت، کنترل و کالیبریتور) با صحت عملکرد مناسب انجام گیرد.</p> <ul style="list-style-type: none"> برای آنالیت‌هایی که هم اکنون در پانل سیستم‌های بسته اندازه‌گیری قرار ندارند (آزمایش‌های Inhibin A و UE3 در مرحله دوم غربالگری)، رعایت الزامات آزمایش با روش‌های باز و اجرای دقیق برنامه‌های کنترل کیفیت داخلی مورد تأکید است. 	۱-۱-۳
			<p>آیا محدوده اندازه گیری کیت/ سیستم برای هر یک از آنالیت‌ها قابل قبول می‌باشد؟</p> <p>- توصیه می‌شود برای هر آنالیت بتوان بدون رقیق سازی دستی نتیجه را به دست آورد (به منظور پیشگیری از خطاهای آنالیتیک)</p>	۲-۱-۳

	<p>چک لیست ارزیابی آزمایشگاه پزشکی برای غربالگری نا亨نجاری های کروموزومی</p> <p>جنین با استفاده از آزمایش‌های بیوشیمیابی</p> <p>(سندرم داون و تری‌زومی های ۱۳ و ۱۸)</p>	
--	--	--

		<p>آیا قبل از استفاده از کیت یا روش انجام آزمایش بر روی نمونه ها، آزمایش های مربوط به صحه گذاری اولیه جهت کیت یا روش مورد استفاده در آزمایش، انجام شده است؟</p> <ul style="list-style-type: none"> • بررسی انطباق ویژگی های عملکردی کیت یا روش با ادعای سازنده و همچنین مقادیر قابل قبول و مجاز برای این گروه از آزمایش ها بسیار مهم است. این آزمایش ها باید به گونه ای انتخاب شوند که حداقل از نظر محدوده آنالیتیک قابل اندازه گیری (<i>Analytical measuring</i>)، حد تشخیص (<i>Limit of detection</i>)، درستی و دقت روش (<i>Trueness and Precision</i>)، اطمینان لازم را ایجاد کنند. (لازم است میزان عدم دقت های <i>within run</i> <i>free BhCG</i> و <i>PAPP-A</i> میزبان عدم دقت های <i>between runs</i> از ۴ درصد نباشد). 	۳-۱-۳
		کنترل کیفیت داخلی و ارزیابی خارجی کیفیت	۲-۳
		<p>۱- آیا آزمایشگاه برنامه مشخصی را برای کنترل کیفیت داخلی این گروه از آزمایش ها تعریف کرده است؟</p> <ul style="list-style-type: none"> • آزمایشگاه باید با رعایت کلیه الزامات مندرج در استانداردهای ابلاغی آزمایشگاه مرجع سلامت در حوزه سیستم مدیریت کیفیت دارای یک برنامه تضمین کیفیت مشخص و مدون بوده و براساس آن برای انجام آزمایش ها نیز یک برنامه کنترل کیفیت داخلی تعریف کرده باشد. • استفاده از حداقل دو سطح سرم کنترل و ترجیحا سه سطح برای هر آنالیت مورد اندازه گیری الزامی است. انتخاب سطح کنترل ها باید با سطوح تصمیم گیری بالینی مرتبط باشد. اکنون توصیه می گردد از کنترل هایی استفاده شود که یا توسط سازنده سیستم تهیه شده اند یا چنانچه به طور مستقل عرضه می شوند برای سیستم مورد استفاده تعیین مقدار شده و مورد تأیید سازنده آن باشند. در خصوص آزمایش هایی که در سیستم بسته قرار ندارند و با روش الایزا اندازه گیری می شوند، باید دو سطح سرم کنترل انسانی که در بروشور آنها اطلاعات مربوط به تعیین مقدار برای کیت مورد استفاده آمده است، به کار رود. • به منظور کاهش اثر تغییر پذیری بین سری ساخت های مختلف کنترل ها (<i>Lot to lot variability</i>) و پیشگیری از گرایش های دراز مدت در 	۱-۲-۳

		<p>مقادیر کنترل (<i>long-term assay drift</i>) توصیه می‌شود کنترل‌ها به مقدار زیاد و ترجیحاً برای مصرف یک سال خریداری گردند.</p> <ul style="list-style-type: none"> آزمایشگاه می‌تواند در هر سری کاری یا به تناب برای کنترل کیفیت از نمونه‌های اندازه‌گیری شده قبلی نیز در کنار کنترل‌های تجاری استفاده نماید. استفاده از محدوده ادعایی کنترل‌های تجاری در بروشور، فقط تا زمانی مجاز است که آزمایشگاه محدوده عدم دقیق مجاز خود را به دست آورد. توجه به چگونگی تعیین این محدوده بسیار مهم است تا منجر به اخذ نتایج گمراه کننده نشود. پایش میزان تغییرپذیری روش در طول زمان با استفاده از روش‌های زیر ممکن است: <ul style="list-style-type: none"> - استفاده از کنترل‌های تجاری که برای مدت طولانی (یک سال) خریداری شده‌اند به همراه تکرار تعدادی از نمونه‌هایی که قبلاً مورد آزمایش قرار گرفته‌اند در سری‌های کاری متواالی (<i>assay control</i>) - بررسی میانه‌های (<i>Medians</i>) اختصاصی آزمایشگاه <p>میانه‌ها باید در فواصل منظم کنترل و تصدیق و در صورت نیاز مجدد محاسبه شوند.</p> <p>برای این مقایسه می‌توان <i>median MoM</i> را برای هر آنالیت محاسبه نمود مقادیر به دست آمده باید به تناسب تعداد نمونه به طور هفتگی یا حداقل ماهانه کنترل گردد و انتظار می‌رود عدد به دست آمده ضریب یک با حدود تغییر پذیری بین ۰/۹ تا ۱/۱ باشد. در صورت خارج شدن میانه <i>MoM</i> از این محدوده باید میانه‌ها بررسی و در صورت لزوم بازنگری شوند (عمل معمولاً گراش طولانی مدت نتایج و یا تغییر در سری ساخت معرف‌ها و کیت‌های مصرفی است).</p> <p>این مورد شامل <i>median MoM of NT</i> نیز می‌شود.</p> <p>در صورت تغییر سری ساخت کیت‌ها و معرف‌ها:</p> <p>از آنجاکه با تغییر سری ساخت کیت ممکن است یک <i>shift</i> سیستماتیک داشته باشیم، باید هر بار میانه‌ها "تصدیق مجدد (<i>Reverify</i>)" یا "محاسبه مجدد (<i>Recalculate</i>)" شوند.</p>
--	--	--

		<p>به این ترتیب که با تغییر سری ساخت باید حداقل ۲۵ نمونه و کنترل‌های مورد استفاده با سری ساخت جدید و قدیم مقایسه شود. اگر Bias بیشتر از ۱۰٪ داشته باشد باید بعد از اطمینان از درستی اختلاف محاسبه شده، موضوع حتماً به اطلاع شرکت تامین کننده کیت و معرف برسد تا پیگیری‌های لازم جهت مشخص کردن دلیل این اختلاف اندازه‌گیری صورت پذیرد و در صورت تائید نهایی، نتایج به دست آمده از معادله مقایسه‌ای در مديان های جاری اعمال شود و زمانی که تعداد نمونه با سری ساخت جدید به حد نصاب رسید، محاسبه مديان مجدد انجام گیرد.</p> <p><u>لازم به ذکر است که هرگونه تغییر در مديان ها باید با هماهنگی شرکت نرم افزاری صورت پذیرد.</u></p>	
		<p>۳- بررسی های اپیدمیولوژیک</p> <p>بررسی تعداد موارد مثبت اولیه غربالگری (IPR) Initial positive rate و مقایسه آن با مقادیر مورد انتظار در منابع منتشر شده</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ این مقدار به صحت عملکرد روش آزمایش، گرایش‌های دراز مدت در نتایج حاصله از روش و مقادیر نادرست مديان ها حساس است و تغییر آن، اولین نشانه افت کیفیت آزمایش می باشد. <p>■ IPR باید ماهانه و با استفاده از تعداد کافی نمونه کنترل شود.</p> <p>۴- بررسی طولانی مدت عملکرد آزمایشگاه</p> <p>پیگیری مادران و مشخص نمودن میزان DR & FPR</p> <p>۵- بررسی تعداد مواردی که آزمایشگاه مجبور به رد نمونه و نمونه‌گیری مجدد شده است.</p> <p>۶- شرکت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت</p> <p>- تمام آزمایشگاه‌هایی که این گروه از آزمایش‌ها را انجام می‌دهند، لازم است در دوره‌های تعیین شده و معتبر شرکت نمایند.</p>	
		<p>آیا برنامه نگهداشت و کالیبراسیون ادواری تجهیزات مورد استفاده در انجام آزمایش‌ها مطابق با دستورالعمل سازنده و سیاست‌های آزمایشگاه تعریف شده و اجرا می‌گردد؟</p>	۲-۲-۳

		<ul style="list-style-type: none"> • این برنامه لازم است براساس یک دستورالعمل مكتوب اجرا شود و نتایج آن ثبت گردد. 	
		<p>آیا آزمایشگاه برای پیشگیری از وقفه در انجام آزمایش از روش‌ها یا سیستم‌های آنالیتیک پشتیبان برخوردار است؟</p> <ul style="list-style-type: none"> • باید به شیوه مقتضی و به طور مرتب آزمایش‌های لازم برای اطمینان از همخوانی مطلوب نتایج دو سیستم (سیستم اصلی و سیستم پشتیبان) انجام و نتایج ثبت و نگهداری شود. 	۳-۲-۳
		<p>آیا آزمایشگاه تمهیداتی را برای اطمینان از صحت نتایج به دست آمده در طولانی مدت در نظر گرفته است؟</p> <ul style="list-style-type: none"> • این تمهیدات ممکن است علاوه بر شرکت در برنامه‌های ارزیابی خارجی کیفیت، مواردی چون انجام بررسی‌های مقایسه ای با سایر آزمایشگاه‌ها و یا استفاده از مواد مرجع و استانداردها باشد. 	۴-۲-۳
		نتایج حاصل از انجام آزمایش	۳-۳
		<p>آیا آزمایشگاه مقادیر مדיان آنالیت‌ها را برای جامعه مراجعین خود تهیه کرده است؟</p> <ul style="list-style-type: none"> • مقادیر به دست آمده از سری ساخت‌های مختلف یک کیت و در آزمایشگاه‌های مختلف می‌تواند با یکدیگر تفاوت داشته باشد. از سوی دیگر تفاوت‌های نزدی و غیره در بین مراجعین آزمایشگاه‌هایی که در مناطق جغرافیایی مختلف هستند موجب اختلاف در مديان آزمایش‌ها می‌گردد. لذا آزمایشگاه باید با توجه به جمعیت مراجعین خود این مقادیر را تعیین کند یا به شیوه ای مناسب نشان دهد که از قابلیت تعمیم این مقادیر به جمعیت مراجعین خود اطمینان دارد. • برای محاسبه مديان لازم است حداقل ۱۰۰ نمونه برای هر هفته بارداری در محدوده ۱۱ تا ۱۴ هفته و یا ۱۵ تا ۱۸ هفته مورد آزمایش قرار گیرد. از آنجا که پایداری آنالیت‌ها در نمونه‌های منجمد شده (تا مدت محدود) قابل قبول است، آزمایشگاه می‌تواند نمونه‌ها را منجمد نموده و پس از کامل شدن تعداد آزمایش کند. چنانچه از نمونه‌های نگهداری شده در دمای ۴ درجه سانتیگراد برای محاسبه مديان استفاده می‌شود، مدت نگهداری نباید بیشتر از ۷ روز باشد. 	۱-۳-۳

		<ul style="list-style-type: none"> در محاسبه مديان ها لازم نیست نمونه های مادران دارای جین مبتلا را جدا کرد. زیرا به دلیل تعداد بسیار کمی که دارند در محاسبه کلی مديان تاثیر قابل توجهی نخواهند داشت. تغییر در مقدار مديان ها در هفته های مختلف، متناسب با تفاوتی که در مقدار آنالیت ها وجود دارد قابل پیش بینی می باشد. نمونه هایی که برای محاسبه مديان انتخاب شده اند باید در یک سری کاری مستقل آزمایش شوند. در مراحل اولیه پذیرش نمونه ها، در صورتی که هنوز تعداد نمونه ها به حد نصاب لازم برای محاسبه مديان نرسیده است، آزمایشگاه می تواند به مدت <u>حداکثر سه ماه</u> از مديان هایی که شرکت پشتیبان نرم افزار، متناسب با روش مورد استفاده برای آزمایش، در اختیار می گذارد استفاده نماید. چنانچه پس از گذشت این زمان نمونه های پذیرش شده به تعداد کافی نرسد، لازم است مسئول برنامه درخصوص چگونگی ادامه انجام آزمایش ها نصیم گیری نماید. <p>آزمایشگاه به هیچ عنوان نباید از مديان گزارش شده در بروشور کیت ها (حتی برای یک مدت کوتاه) استفاده نماید.</p>	۲-۳-۳
		<ul style="list-style-type: none"> نتایج به دست آمده از هر آنالیت به ضریبی از مديان آن تبدیل می گردد؟ نتایج به دست آمده چه به صورت واحد بین المللی و چه به صورت واحد جرمی، باید به ضریبی از مديان تبدیل گردد. تاثیر سایر فاكتورهای مداخله گر مانند وزن مادر پس از این تبدیل محاسبه خواهد شد. 	-۳-۳-۳
		<p>آیا قبل از آنالیز نهایی، فاكتورهای موثر در محاسبه نتایج در نظر گرفته شده و میزان تاثیر آنها محاسبه می گردد؟</p> <ul style="list-style-type: none"> عواملی که روی محاسبه مقدار آنالیت بر حسب MOM تاثیر زیادی دارند عبارتند از: - زمان انجام آزمایش: عملکرد تست های غربالگری در هفته های مختلف بارداری متغیر است. اما در مجموع در مدت زمان تعیین شده برای انجام 	-۳-۳-۳

		<p>تست های غربالگری در برنامه ساماندهی، حساسیت و ویژگی بالینی این تست ها ثابت می‌ماند.</p> <p>- سن بارداری: باید به هفته و روز تعیین شود و بهترین شکل محاسبه زمانی است که سن بارداری به طور دقیق و به اشعار مشخص گردد.</p> <p>- چگونگی محاسبه سن بارداری: روش استاندارد محاسبه با اندازه گیری CRL در سونوگرافی است.</p> <p>- حتی الامکان از سایر مارکرهای سونوگرافی برای تعیین سن بارداری استفاده نگردد. در غیر این صورت حتما باید مارکر مورد استفاده در گزارش سونوگرافی قید شود.</p>	
		<p>آیا عوامل دیگری که با شدت کمتر بر نتایج نهایی اثر می‌گذارند، در نظر گرفته شده و در محاسبات لحاظ می‌شوند؟</p> <ul style="list-style-type: none"> • این عوامل عبارتند از: - وزن مادر - نژاد/قومیت مادر - سابقه ابتلا به دیابت و ایسته به انسولین - مصرف سیگار - استفاده از روش‌های کمک باروری <p>• ممکن است در مواردی به علت وجود عوامل متعدد نتایج چند بار اصلاح شود.</p>	۴-۳-۳
		<p>از چه نرم افزاری برای محاسبه ریسک ابتلای جنین استفاده می‌گردد؟</p> <ul style="list-style-type: none"> • آیا نرم افزار از یک شرکت معتبر خریداری شده است و قرارداد پشتیبانی با شرکت منعقد گردیده است. - آزمایشگاه برای پشتیبانی و سایر خدمات لازم باید با شرکت نرم افزاری پشتیبان قرارداد مستمر داشته باشد. • آیا نرم افزار دارای تائیدیه‌های عملکردی معتبر داخلی می‌باشد؟ - یک نسخه از تائیدیه‌های مرتبط باید از شرکت پشتیبان درخواست شده و توسط آزمایشگاه نگهداری شود. • آیا برنامه‌ای برای تصدیق عملکرد نرم افزار تعیین شده و اجرا می‌گردد؟ 	۵-۳-۳

			<ul style="list-style-type: none"> - عملکرد نرم افزار خریداری شده باید قبل از به کار گیری تصدیق شده و پس از آن نیز با هر بار به روز رسانی یا تغییر، مجدداً تصدیق گردد. - توصیه می شود حداقل صحت محاسبه سن بارداری، سن مادر و ریسک اختصاصی، تصدیق شود. - برای پایش عملکرد نرم افزار لازم است کلیه موارد با ریسک بالا را همواره پیگیری نمود. - نرم افزار مورد استفاده باید با در نظر گرفتن نوع روش انجام آزمایش (RIA, CLIA,...) مذیان را برای هر آنالیت و با استفاده از روش های آماری مناسب محاسبه نماید 	
--	--	--	--	--

۴- مرحله پس از انجام آزمایش

گزارش دهنده نتایج	۱-۴
آیا نتایج آزمایش ظرف مدت زمان تعیین شده به پزشک ارجاع کننده گزارش می گردد؟	۱-۱-۴
<ul style="list-style-type: none"> • تمامی آزمایش ها باید در مدت سه روز کاری پاسخ داده شوند. (این سه روز از زمان نمونه گیری تا زمان تحويل گزارش به مرجع تعیین شده در دستورالعمل کشوری است). 	
آیا گزارش حاوی اطلاعات لازم و کافی برای پزشک بالینی می باشد؟ <ul style="list-style-type: none"> • این اطلاعات شامل : <ul style="list-style-type: none"> - نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، تاریخ و شماره پذیرش آزمایشگاه یا کد/اختصاصی نمونه، نام پزشک درخواست کننده، تاریخ نمونه گیری، سن مادر اطلاعات مربوط به بارداری (سن بارداری، وزن مادر، NT, CRL) (بر حسب mm)، نام سونوگرافیست - نتایج آزمایش باید شامل مقدار عددی غلظت (قابل رديابي به واحدهای SI) و مقادير MOM برای هر آنالیت باشد. - تفسیر نتایج به صورت : در محدوده طبیعی و نیازمند بررسی ، risk cut-off level و تعیین ریسک اختصاصی مادر برای ابتلا جنین به تریزومی ۱۳، ۱۸ و ۲۱ است. 	۲-۱-۴

نگهداری نمونه ها و گزارشات				۲-۴
			آیا نسخه ای از نتایج به مدت لازم در آزمایشگاه نگهداری می شود؟	۱-۲-۴
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ نسخه‌ای از نتایج (الکترونیک یا کاغذی) باید به مدت حداقل ۵ سال در آزمایشگاه نگهداری شود. 	۲-۲-۴
آیا باقیمانده نمونه‌ها در مدت زمان تعیین شده و شرایط مناسب محیطی نگهداری می‌گردند؟				۳-۲-۴
<ul style="list-style-type: none"> ▪ پس از انجام آزمایش، باقیمانده نمونه‌ها باید در شرایط مناسب (دمای منفی ۲۰ درجه سانتیگراد) به مدت حداقل ۶ ماه نگهداری شود. 				
۵- ارزیابی و مدیریت خطر				
			آیا آزمایشگاه دارای یک برنامه ارزیابی خطر برای آزمایش‌های غربالگری می باشد؟	۱-۵
			لازم است آزمایشگاه برنامه‌ای را برای ارزیابی خطر آزمایش‌های غربالگری تدوین نماید که در آن کلیه مخاطراتی که ممکن است فرآیندهای جاری در آزمایشگاه را در حوزه انجام این آزمایش‌ها تحت تاثیر قرار دهد شناسایی نموده و به تناسب شدت و اهمیت آنها اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی لازم را تعیین و اجرا نماید.	
۶- ارزیابی و ممیزی آزمایشگاه				
			آیا آزمایش‌های غربالگری و فرآیندهای مرتبط با آن در برنامه ممیزی داخلی آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار می گیرند؟	۱-۶
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ در این برنامه که باید حداقل سالی دو بار انجام گیرد کلیه فعالیت‌های انجام گرفته از زمان دریافت نمونه تا زمان گزارش دهی مورد ارزیابی قرار می گیرند. 	

	<p>چک لیست ارزیابی آزمایشگاه پزشکی برای غربالگری ناهنجاری های کروموزومی</p> <p>جنین با استفاده از آزمایشهای بیوشیمیابی</p> <p>(سندرم داون و تری زومی های ۱۳ و ۱۸)</p>	
--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> • نتایج ممیزی داخلی و اقدامات اصلاحی متعاقب آن و بررسی چگونگی اثربخشی آنها از مواردی است که باید در جلسات بازنگری مدیریت مطرح شده و سوابق آن در صورت جلسات حفظ گردد. 	
		<p>آیا آزمایشگاه شاخص های کیفیت و همچنین شاخص های مرتبط با عملکرد آزمایش های غربالگری را تعیین کرده است؟</p> <ul style="list-style-type: none"> • لازم است شاخص های کیفیت مرتبط با آزمایش های غربالگری تعیین شده و به طور مرتب پایش شوند نمونه هایی از این شاخص ها عبارتند از: تعداد نمونه های ارسالی که در شرایط مناسب و بهنگام به آزمایشگاه تحویل می گردند، تعداد گزارش هایی که در مدت زمان تعیین شده چرخه کاری ارائه می گردند و ... • شاخص های عملکرد آزمایش های غربالگری یعنی نرخ تشخیص <i>Detection Rate</i> و نرخ مثبت کاذب <i>False Positive Rate</i> باید حداقل هر شش ماه یک بار بازبینی شود تا از قابل قبول بودن آن در برابر الزامات مورد انتظار اطمینان حاصل گردد. 	۲-۶